

ZERTIFIKAT

HOHENSTEIN TYP-PRÜFUNG · PRÜF-NR. 13.8.9.0020-2

Gemäß Gutachten Nr. 13.8.5.0056 vom 28. Mai 2013 wird bestätigt, dass folgende Artikel von den Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG überprüft wurden und hiermit das Zertifikat

BIOLOGISCHE SICHERHEIT

erteilt wird. Nachfolgende Einzelprüfung entsprechend der genannten Norm zur Bestimmung der Biokompatibilität wurde durchgeführt und erfolgreich bestanden:

- Ausschluss einer zellschädigenden Wirkung - Zytotoxizitätstest nach DIN EN ISO 10993-5

Artikel: Textil gewaschen mit Oldopal Basic

Firma: BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG
August-Hanken-Straße 30

26125 Oldenburg

Das Zertifikat hat eine Gültigkeit bis 15. August 2015

Schloss Hohenstein · D-74357 Bönningheim, 13. August 2013
Der Direktor der Abteilung
Hygiene, Umwelt & Medizin



Prof. Dr. Dirk Höfer

